Protocole d'asepsie et de stérilisation

En fin d'acte → *Minimum 15 min* → *Minimum 15 min* → *De 45 min à 1 h 20* → *+/- 10 s. /sachet* → *+/- 1 h* → *+/-3 s. /sachet* → *Péremption : 1 à 2 mois*

ZONE SALE → **ZONE PROPRE**

Test HELIX quotidien systématique	**CHARGE PLEINE DM Plein :**												
	• Instrument usiné d'une seule pièce • Instrument à deux éléments soudés	• Fraises	Nettoyage au fauteuil	Pré-désinfection	Désinfection	Ultrasons	Lavage	Rinçage	Séchage	Conditionnement	Autoclavage 134°, 18min	Étiquettage	Stockage
		• Sonde, • Précelle, …				Thermo-lavage							
		• Seringue acte				CleanOne							
		• Seringue acte non invasif			Désinfection								
		• Matériaux plastiques ou composites			Désinfection								
	CHARGE CREUSE DMr Creux :												
	• Instruments sertis (miroirs) • Instruments mobiles autour d'un axe (daviers, pinces) • Instruments creux (canules chirurgicales) • Instruments ayant une ou plusieurs tubulures (contre-angles, turbines, embout de détartreur)	• Daviers, • Pinces, • Canules, • Miroirs, • Bols, • Seringues…	Nettoyage au fauteuil	Pré-désinfection	Désinfection	Ultrasons	Lavage	Rinçage	Séchage	Conditionnement	Autoclavage 134°, 18 min	Étiquettage	Stockage
				Pré-désinfection	Désinfection	Thermo-lavage							
				Pré-désinfection	Désinfection	CleanOne							
		• Contre-angle, • Turbine, • Pièce à main • Embout de détratreur…			Graissage	Thermo-lavage (embouts spécifiques)							
			TurboCld, X-Cid, Care NSK, Assistina, DAC…										
			TurboCld, X-Cid, Care NSK, Assistina, DAC…										
			Purge au fauteuil	Graissage	Désinfection (lingette)								
Test BOWIE DICK si charge poreuse	**CHARGE CREUSE DM Creux :**												
	• Tissus réutilisables	• Champs opératoires, • Blouses réutilisables					Lavage machine, rincage, séchage			Conditionnement	Autoclavage 134°, 18 min	Étiquettage	Stockage
	• Matériaux ou tissus à usage unique	• Éponge, • Compresses, …											